

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ЖАНЫНДАҒЫ
"КӨКШЕТАУ КӨПБЕЙІНДІ ҚАЛАЛЫҚ
АУРУХАНАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

020000, Кокшетау қ., Сәтпаев к-сі, 85 үй
Тел. /факс 78-06-27. E-mail: gorod1-koksh@med.mail.kz

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

020000 г. Кокшетау, ул. Сатпаева, дом 85
Тел. /факс 78-06-27. E-mail: gorod1-koksh@med.mail.kz



Участникам тендера

Управление здравоохранения Акмолинской области на Ваш запрос за исходящим №30-2021 от 20.04.2021 года разъясняет:

Относительно первого пункта Вашего запроса (далее Запрос) согласно Приложения 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 потенциальными поставщиками могут быть предоставлены респираторы как типа FFP2, так и типа FFP3, так как предполагают наиболее высокую степень защиты в условиях инфекционного стационара по лечению COVID-19 и эффективность защиты не менее 98%.

Относительно второго пункта касательно заявленных требований о том, что маски-респираторы должны быть упакованы таким образом, чтобы было исключено их механическое повреждение и загрязнение до использования то есть каждый респиратор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, данное требование не противоречит Главе 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг и является обязательным согласно Статьи 242 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О Здоровье народа и системе здравоохранения».

Относительно третьего пункта запроса о том, что маска – респиратор FFP2 не соответствует требованиям эпидемиологической ситуации не является действительностью, так как маски класса защиты FFP2, FFP3 разрешены вышеуказанным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67.

Относительно четвертого пункта запроса предоставить документы, подтверждающие соответствие качества предлагаемого товара не противоречит Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Главы I Раздела 1.

Относительно пятого пункта запроса касательно заявленного требования о предоставлении потенциальными поставщиками протокола испытания разъясняем согласно пункта 164 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «исследования (испытания) оценки биологического действия медицинских изделий - исследования (испытания), проводимые с целью определения соответствия медицинских изделий общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на изделия».

Главный врач

Исп. Капарова А.Б.
тел. 72-17-87



Аяганов Е.С.