

Утверждаю:

Главный врач:
ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская
многопрофильная больница»
при УЗ Акмолинской области.
Б.В. Жангайов



ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница»
при УЗ Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 85

Протокол №18

г. Кокшетау

«28» июня 2019г.

итогов закупа комплектующих изделий медицинского назначения для лапароскопических операций на эндовидеоскопическом комплексе Karl Storz, способом запроса ценовых предложений.

В соответствии «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» глава 10, п. 103, в целях выполнения процедур проведения закупа товаров, работ, услуг, комиссия в составе: заместитель главного врача по лечебной части – Бабанова З.Ж., главный бухгалтер – Шакирова С.А., главная медсестра Искакова А.К., провизор Байбешов Э.М., заведующий хирургического отделения Капанов А.С., старшая медсестра оперблока Соколова С.В., и.о. старшей медсестры ОАРИТ Антонова И.Г., менеджер по государственным закупкам – Капарова А.Б.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги закупа комплектующих изделий медицинского назначения для лапароскопических операций на эндовидеоскопическом комплексе Karl Storz, способом запроса ценовых предложений. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, были заявлены цены нижеследующих потенциальных поставщиков:

Полное наименование потенциальных поставщиков, адрес, БИН, дата и время предоставления ценовых предложений.

- 1) ИП «МЕДКОР», г.Астана, ул. Майлина 4/1, п.3, офис 107, ИИН: 721 229 300 761, 19.06.2019г. 11:21.
- 2) ТОО «Atlant MT», г.Астана, ул. Майлина 4/1, офис 117, БИН: 110 540 019 744, 19.06.2019г. 14:53.
- 3) ИП GroMax», г.Кокшетау, ул. Акана Серы, дом 206, каб. 10, ИИН: 680 426 450 534, 20.06.2019г. 12:35.
- 4) Потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было.

| № | Наименование товара | Единица измерения | Общее количество | Планируемая стоимость за единицу | ИП «МЕДКОР» | ТОО «Atlant MT» | ИП GroMax» |
|---|--|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 38651MD Биполярные щипцы изогнутые, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 1 | 416000 | | | |
| 2 | 26120UL Эндоигла, по Veress, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13см, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 2 | 32560 | | | |
| 3 | 33300 внешний тубус изолированный 36см, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 5 | 53250 | | | |
| 4 | Волоконнооптический световод, диам 4,8, длина 250см, 495 NA, NB, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 3 | 66000 | | | |
| 5 | Лампа XENON 175 BT - Рабочее напряжение 15 В - Потребляемая | штука | 1 | 230000 | | 200000 | 210000 |


| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----|--------|------|--|--|
| | мощность 175 Вт - Потребляемый ток 14А - Мин. рекомендуемое напряжение поджига 23кВ - Максимальная температура 150°С - время работы 1000ч (до снижения яркости на 50%) - Цветовая температура 5600 Кельвин - Световой поток 2200 Люмен, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | | | | | | |
| 6 | Канюля для аспирации иригации, 392999сопро 110582 Карл Шторц, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см, для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штук а | 1 | 105160 | | | |
| 7 | 30160M1, Многофункциональный клапан, 6мм Карл Шторц | штук а | 2 | 62920 | | | |
| 8 | 30103M1, Многофункциональный клапан, 11мм Карл Шторц | штук а | 2 | 69080 | | | |
| 9 | Осветительная головка для ректоскопа (Карл Шторц) с соединением для стекловолоконного световода подсоединением для воздуха с замком LUER и колпачком с окошком 24920FK | штук а | 1 | 190740 | | | |
| 10 | 34310MS рабочая вставка ножницы , для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штук а | 2 | 101200 | | | |
| 11 | Легирующие титановые клипсы Vclip, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. С овместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ- совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апиригенный титан. Упаковка: индивидуальная, | картр идж | 300 | 4030 | 4027 | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|-------|-------|--|
| | стерильная, 6 штук в картридже. | | | | | |
| 12 | Чистящая щетка для трубок лапароинструмента длина 50см, диам 11мм. | штука | 10 | 2640 | | |
| 13 | Чистящая щетка для трубок лапароинструмента длина 50см, диам 7мм.- | штука | 10 | 2640 | | |
| 14 | 26005М монополярный шнур , для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 2 | 44400 | 35000 | |
| 15 | 26176LE биполярный ВЧ шнур , для эндовидеоскопического комплекса «Karl Storz» | штука | 2 | 65600 | | |

2. Согласно пункта 112 главы 10 Правил признать победителем:

- 1) ИП «МЕДКОР», г.Астана, ул. Майлина 4/1, п.3, офис 107 по лоту №11 на общую сумму 1 208 100,00 (один миллион двести восемь тысяч сто) тенге 00 тиын;
- 2) ТОО «Atlant MT», г.Астана, ул. Майлина 4/1, офис 117, по лотам № 5, 14 на общую сумму 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
- 3) Признать закуп изделий медицинского назначения по лотам № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15 на общую сумму 1 891 670,00 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят) тенге 00 тиын несостоявшимся.
- 4) ИП «МЕДКОР», ТОО «Atlant MT» в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику документы согласно гл.10 п.113 Правил.

Заместитель главного врача по лечебной части:

 З.Ж. Бапанова


Главный бухгалтер

 С.А. Шакирова


Главная медсестра

 А.К. Исакова


Провизор

 Э. М. Байбешов


Заведующий хирургического отделения

 А.С. Капанов


Старшая медсестра оперблока

 С.В. Соколова

И.о. старшей медсестры ОАРИТ

 И.Г. Антонова

Менеджер по гос. закупкам

 А.Б. Капарова