

Утверждаю:

И.о. главного врача:

ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская
многопрофильная больница»
при УЗ Акмолинской области
Е.В. Кисаев



ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница»
при УЗ Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 85

Протокол №17

г. Кокшетау

«30» марта 2021г.

итогов закупа медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, способом запроса ценовых предложений.

В соответствии «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» глава 10, п. 103, в целях выполнения процедур проведения закупа товаров, работ, услуг, комиссия в составе: председатель комиссии: зам. главного врача – Калмуратов С.А., члены комиссии: главная медсестра – Искакова А.К., метролог Шаримов А.Н., бухгалтер по государственным закупкам – Капарова А.Б.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги закупа медицинских изделий, способом запроса ценовых предложений. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, были заявлены цены нижеследующих потенциальных поставщиков:

Полное наименование потенциальных поставщиков, адрес, БИН, дата и время предоставления ценовых предложений.

1. ТОО «Комфорт Лайт», г.Кокшетау, Абая 114/18, БИН: 120240013469, 25.03.2021г. 09:20ч.

2. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциального поставщика не присутствовали.

№	Наименование товара	Единица измерения	Общее количество	Планируемая стоимость за единицу	ТОО «Комфорт Лайт»
1	Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных предназначен для облучения новорожденного «синими» лучами в спектре волн длиной 420-470 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных используется в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских амбулаторных учреждениях для лечения неонатальной желтухи. Технические характеристики: длительность сеанса фототерапии — до 99 ч 59 мин. Интенсивность излучения — от 500 до 1500 мкВт/см ² . Длина волны излучения — 465±15 нм. Диапазон изменения угла наклона блока излучения — до 90 градусов. Диапазон регулирования устройства по высоте — от 1290 до 1690 мм. Питание от сети переменного тока — 220 В/50Гц. Потребляемая мощность — 45 ВА. Габаритные размеры — 720*700*1690 мм. Масса облучателя — 13 кг. Срок гарантийного обслуживания - 37 месяцев.	штука	1	650 000,00	525 858,00

2. Согласно пункта 112 главы 10 Правил признать победителем:

1) ТОО «Комфорт Лайт», по лоту №1 на сумму **525 858,00 (Пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;**

3. ТОО «Комфорт Лайт» в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику документы согласно гл.10 п.113 Правил.

